

INFORME DE GERENCIA

SEÑORES ACCIONISTAS:

COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DIAMEDRIOBAMBA S.A., TENGO A BIEN DETALLAR A CONTINUACIÓN EL INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2007:

1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2007.

Por razones ajenas a nuestra voluntad, el año 2007 hemos tenido una baja considerable en los ingresos debido a que en el TAC se produjo una falla desde el mes Abril del 2007 ya que luego de haberse realizado la revisión técnica mensual se determinó que existe un problema al no funcionar el tanque P (positivo) de alta tensión, además que existe una rotura en el filtro, lo que produce que se vean artefactos en los estudios realizados. Supone el Ing., que esta falla se da por la inestabilidad en la energía eléctrica y los apagones de luz que hubieron en este mes por motivo de las fiestas de Riobamba, lo que ha provocado este inconveniente en nuestro Equipo. Posteriormente el Ing. Tarira, sugiere que se reemplace con otro tanque, pero el Directorio reunido resolvió que nó, porque es mejor comprar un TAC nuevo para evitar estos cambios de repuestos. En vista de esta resolución se continúa realizando los trámites para la compra del nuevo Equipo de TAC, por el valor CIF de \$ 190,000, menos \$ 40,000,00 por parte de nuestro TAC SYTEC 3000 PLUS, total \$ 150,000,00 mas impuestos \$ 37.500,00, dando el precio total instalado y funcionando de \$ 187,500,00. Presentándose todos los requisitos necesarios para la aprobación del crédito a través de General Eléctric, además contado con el aporte de \$ 30.000 del Dr. Xavier Rivadencira, para la cuota de entrada, según lo habia manifestado anteriormente, que luego no se hizo efectiva a consecuencia de su salida del Hospital "San Juan". Siendo así que no se tuvo este aporte, lo que ha dificultó la aprobación del crédito en mención y la respuesta de la General Eléctric que han negado las financieras internacionales el crédito por los problemas internos del País a consecuencia de la instalación de la Asamblea Constituyente. Visto estos antecedentes se procede al arreglo del Tanque P de alta tensión el 11 de Junio del 2007, por disposición del directorio, teniendo como resultado el funcionamiento del TAC por el lapso de 10 días y luego se produjo la misma falla, obligando a decidir la compra de este Tanque y continuar dando el servicio a los clientes y a los pacientes hospitalizados del Hospital "San Juan", ya que por no contar con este servicio se los desplazaba a otro centro de salud, lo que resultaba molesto para los pacientes. Se reinició la atención del TAC el 14 de septiembre del 2007. Todo esto trajo como consecuencia el no cumplimiento de las metas propuestas en la medida de lo planificado en base a años anteriores.

2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y EL DIRECTORIO:

Siendo nuestro objetivo el adelanto de la empresa, con proyecciones a largo plazo, he cumplido con lo dispuesto por el Directorio, las juntas generales y los estatutos,

3.- INFORMACION SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2007, EN LO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y

LEGAL.

Se adquirió en Septiembre del 2.007 el Tanque del TAC, por un valor de \$ 7.840,00 y una impresora para el Densitómetro. Se arregló en Mayo del 2.007 el tanque de alta tensión del TAC por el valor de \$ 1,822 y el arreglo del Tubo del TAC en Junio - 2007, por \$ 1.680,00.

En lo laboral, debo informar que en Julio del 2.007, renunció el Lic. Rodrigo Londoño, Tecnólogo en radiología, pero el Directorio decidió no aceptarle su renuncia. El Lic. Lester Aguirre continúa laborando en la empresa, acatando todas las normativas legales constantes en el Código del Trabajo. Debo informar también que continúa el juicio en contra del Sr. Gustavo Polo, por su incumplimiento en la entrega del equipo de RMN, caso que lo lleva el Dr. Marcelo Falconi. En este sentido debo informar a esta Junta que existe la sentencia en la instancia correspondiente a favor de DIAMED y será nuestro abogado quien exponga el contenido y las implicaciones que tiene la misma.

4.- SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL CIERRE DEL EJERCICIO.

En lo referente a la situación financiera a Dic.31-2007, tenemos los siguientes datos:

Total Activos:	\$ 218.706
Total Pasivos:	\$ 12.229
Total Patrimonio:	\$ 206.477
Total Ingresos:	\$ 71.253.53
Total Gastos:	\$ 89.096.16

Dando como resultado un Déficit del periodo de \$ 17.842.63


5.- PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO ECONOMICO.

De acuerdo a lo explicado en el numeral anterior, este déficit deberá ser amortizado de acuerdo manda la Ley al 20% en los 5 próximos años.

6.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO.

Por recomendaciones de los técnicos que realizan el mantenimiento al Tomógrafo Axial Computarizado, informamos a esta Junta General sobre la necesidad de planificar el cambio del equipo por otro de mejor tecnología. Es necesario mantener la suficiente competitividad, en precio y calidad de nuestros estudios, para que la empresa se cubra una posible disminución de demanda.

Riobamba, Marzo 28 del 2.008


Dr. Diego Torres B.
GERENTE GENERAL


Superintendencia de Compañías
Carmen Palarón
ESPECIALISTA CONTROL
29 ABR 2008